

AUSWERTUNG

	Grund der Beanstandung (Achtung: Die Beurteilung stützt sich auf den in diesem Dokument angegebenen Informationen und Labordaten und dient nur der Orientierung. Wir empfehlen, dass Einrichtungen die Laborergebnisse eigenständig im Kontext der einrichtungsbezogenen Gegebenheiten beurteilen.
<input type="checkbox"/>	Der mikrobiologische Befund gibt keinen Hinweis auf eine unzureichende Funktion der sterilisierenden/desinfizierenden Leistung der geprüften Anlage.
<input type="checkbox"/>	Der mikrobiologische Befund weist auf eine unzureichende Funktion der geprüften Anlage hin.
<input type="checkbox"/>	Eine Prüfung des Verfahrensablaufes, der Betriebsmittelversorgung und der Bedienung ist erforderlich.
<input type="checkbox"/>	Die Bioindikatoren sind den Geräten unter sterilen Bedingungen zu entnehmen! Staphylococcus Koagulase negativ = Hautflora
<input type="checkbox"/>	Das Wasser des letzten Spülganges der Anlage sollte mikrobiologisch untersucht werden. Möglicherweise ist eine Sanierung der Wasserzuleitung oder der geprüften Anlage erforderlich.
<input type="checkbox"/>	Sonstiges:

x

Beurteilung durch _____

Datum _____

MASSNAHMEN

Einrichtungsbezogene Maßnahmen

Achtung: Die Einrichtung ist selbst für die Bewertung und Interpretation der Laborergebnisse verantwortlich. Die Entscheidung ob und welche Maßnahmen zur Behebung etwaiger Beanstandungen ergriffen werden müssen, liegt vollumfänglich in der Verantwortung des für die Einrichtung zuständigen Hygienefachpersonals.

Unterschrift
(Verantwortlicher der Einrichtung)

Datum _____